

VITASEPT® COLOR

Odos antiseptikas su dažikliu

Produkto savybės

- greitas ir veiksmingas poveikis
- labai gerai tinka odai
- geras incizinės plėvelės lipnumas išdžiūvus odai
- nepažeidžia odos
- sudėtyje esantis dažiklis pažymi dezinfekuotą operacijos vietą
- sudėtyje yra natūralių dažiklių

Sudėtis

izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%, ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%, natūralus dažiklis

Poveikio spektras

Bakterijos (<i>E.coli</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> , MRSA ir kt)	15 sek
Grybeliai (<i>C. albicans</i>)	30 sek
Tuberkulicidinis (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Su plėvėlė virusus ŽIV, hepatito B virusas, hepatito C virusas	15 sek
Vaccinia virusas	15 sek
Gripo virusas	15 sek
Be plėvėlės virusus Rota virusas	30 sek
Adeno virusas	60 sek

Naudojimas

Odos antiseptinis apdorojimas prieš invazinę procedūrą:

Sritį priemone apdoroti mažiausiai du kartus. Incizinė plėvelė gali būti klijuojama tik ant švarios odos.

Veikimo trukmė 90 sek.

Atsargumo priemonės

- Elektros įrangą galima naudoti tik tada, kai paviršius visiškai sausas.
-

- Negalima naudoti ant varžčiu suveržtos odos.
- Vengti kontakto su akimis.
- Netinka naudoti kaip atvirų žaizdų ir gleivinės antiseptiką

Įspėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *geltonas skystis*

Kvapas: *specifinis (alkoholis)*

Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokiu santykiu*

Tankis: *0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atitiktis standartams

EN 12791, EN 13727,

EN 1276, EN 14348,

EN 14476, EN 1275

Kiti bandymų būdai

DVV/RKI

Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:

(A-01PNO601356-14-160)-BSV-6872

Pakuotė

1L butelis